

第24回HLA-QCワークショップ：抗体検査の評価報告

一般社団法人日本組織適合性学会 組織適合性技術者認定制度委員会 QCワークショップ部会

(評価の対象：抗体検出，抗体特異性の結果)

1. 使用検査法

施設番号	Lab.ID	LCT	ICFA	MPHA	LIFECO DES	Flow PRA	LAB Screen	WAK Flow	仮想 クロス
24020	S2454						○		

2. 評価結果

① 抗体検出評価 (評価点：100点)

施設番号	Lab.ID	抗体検出評価		評価点	評 定	評価点の算出 評価対象数(b)に対 する報告結果から算 出した採点(a)の比 率 (a/b)
		採 点 (a)	評価対象数 (b)			
24020	S2454	8	8	100.0	A	

○抗体検出評価のコメント

コメント	
------	--

② 抗体特異性評価 (評価点：100点)

施設番号	Lab.ID	抗体特異性評価				評価点	評 定	評価点の算出 評価対象抗原数(b) に対する報告結果か ら算出した採点(a) の検体毎比率 (a/b) の平均値
		Class I		Class II				
		Q24S1	Q24S2	Q24S1	Q24S2			
		43	42	19	23	97.2	A	
24020	S2454	43.0	41.0	19.0	21.0			

最下段：報告結果から算出した採点(a)、サンプルNo.の下段：評価対象抗原数(b)

○抗体特異性評価のコメント

コメント	
------	--

評価点	評 定	評定内容
80-100	A	良好
40-80>	B	要確認
0-40>	C	要改善

3. 結果提出日、記入方法の不備など (コメントのみ)

施設番号	Lab.ID	コメント
24020	S2454	2020/5/22